

需要調査物品一覧

局管理番号	物品名	仕様又は型式等	取得年月日	数量	取得金額 (円：税込み)	保管または使用場所	主な材質	重量(kg)	備考
235-1	全有機炭素測定装置（ポータブル仕様 様検討用）	TOC-2000A 光触媒酸化チタン酸化法を採用した 全有機炭素測定装置 285W×350D×410H	H16. 9. 30	1	2, 289, 000	茨城県水戸市	スチール等	19kg	継続使用：不可・可搬 傷：有 故障のため使用不能（制御 基板関連の不良と思われる）
235-2	全有機炭素測定装置（新リアクター検 討用）	TOC-2000A 光触媒酸化チタン酸化法を採用した 全有機炭素測定装置 285W×350D×410H	H16. 9. 30	1	2, 289, 000	茨城県那珂郡東海 村	スチール等	19kg	継続使用：不可・可搬 装置状態：故障 装置内チューブ類の劣化。 サンプル導入用ポンプの動 作不良によりリアクタ内に サンプルが送れない。
235-3	全有機炭素測定装置（高性能光触媒性 能評価用）	TOC-2000A 光触媒酸化チタン酸化法を採用した 全有機炭素測定装置 285W×350D×410H	H16. 9. 30	1	2, 289, 000	茨城県水戸市	スチール等	19kg	継続使用：不可・可搬 傷：有 故障のため使用不能（制御 基板関連の不良と思われる） リアクタ（ガラス）破 損
235-4	オンラインTOC計用分析部	オンラインTOC計用 光触媒酸化チタン酸化分析法 221mm×280mm×340mm	H17. 7. 31	1	2, 790, 000	茨城県水戸市	アルミなど	約10kg	継続使用：不可・可搬 傷：無 故障のため使用不能（制御 基板関連の不良と思われる）
236-1	運動測定検証装置	【特注品】米国MotionAnalysis社 製 ・計測用カメラ：Osprey10Camera ・モバイル型アイマークレコー ダ：ナック社製 EMR-9帽子・両 眼・60Hz標準セット ・その他 データ処理装置、制 御・解析ソフトウェア	H23. 12. 28	1	15, 743, 700	茨城県つくば市	金属、プラス チック、ガラス 等	50kg	継続使用：不可・可搬 傷：無 特記事項：経年劣化により 使用が困難

236-2	高齢者用対話型見守り装置	【特注品】見守りコントローラ～の警報信号を無線で受け警報状態に応じた異常状態を音声出力、LED点灯、等で主として個人に通報する装置 【W230mm×H300mm×D230mm】	H24. 12. 14	1	588,000	茨城県ひたちなか市	クッション材	0.8kg	継続使用：不可・可搬 傷：無 特記事項：経年劣化により使用が困難
236-3	新型高齢者用対話型見守り装置	【特注品】見守りコントローラ～の警報信号を無線で受け警報状態に応じた異常状態を音声出力、LED点灯、等で主として個人に通報し、メンテナンス性を考慮した構造で安定性を良くし、清拭性を良くした装置 【W230mm×H300mm×D230mm】	H25. 11. 20	1	840,000	茨城県ひたちなか市	クッション材	0.8kg	継続使用：不可・可搬 傷：無 特記事項：経年劣化により使用が困難